

单一来源采购专家论证意见表

论证时间：2024年01月21日

采购单位	新余市人民医院
主管预算单位	新余市卫生健康委员会
采购项目名称	全飞秒激光角膜屈光治疗仪维保项目
采购项目金额	49.5万元
专家1论证意见	由于售后服务工程师要到德国原厂培训，经过德国蔡司的考核后才能上岗维修机器，而其他厂家和公司无满足条件工程师，无法维修机器，因此建议单一来源方式采购维保。
	专家姓名：陈文楠 职称：中级
	工作单位：新余市中医院
专家2论证意见	由于该设备采用激光爆破技术，且屈光手术精度在微米级别，激光能量需定期校准，原厂维保技术独占，故建议单一来源方式采购原厂维保。 <small>以保障手术安全</small>
	专家姓名：阮文文 职称：中级
	工作单位：新钢中心医院
专家3论证意见	该项目为设备维保，设备为德国蔡司全飞秒VisuMax，维修中所需零件为专用零件，非通用零件，建议由原厂进行维保，建议单一来源方式从蔡司原厂采购
	专家姓名：张斌 职称：中级
	工作单位：市中医院