

单一来源采购专家论证意见表

论证时间: 2022年 6月 19日

采购单位	新余市人民医院
主管预算单位	新余市卫生健康委员会
采购项目名称	新余市人民医院耳用电钻系统采购项目
采购项目金额	18.6万元
专家1论证意见	根据采购人申请表述该项目已通过2次挂网招标均只有一台投标,因此采取单一来源符合规定。
	专家姓名: 司爱星 职称: 主管
	工作单位: 新余市妇幼保健院
专家2论证意见	该项目的手柄需与现有的美敦力主机连接,由于匹配与兼容问题,其他品牌手柄无法与现有主机匹配,故必须同品牌手柄与现有主机匹配。
	专家姓名: 张健 职称: 副主任医师
	工作单位: 新余市中心医院

专家3论证意见

由于美敦力主机与耳用电钻系统匹配与兼容问题，
为保证设备正常运行及可靠性、安全性，故推荐采
购同品牌配件。

专家姓名：倪科文 职称：助理工程师

工作单位：新钢中心医院

单一来源采购专家论证意见表

论证时间: 2022年 6月 19日

采购单位	新余市人民医院
主管预算单位	新余市卫生健康委员会
采购项目名称	新余市人民医院鼻咽喉切割手柄采购项目
采购项目金额	17.6万元
专家1论证意见	根据采购申请表述该项目已通过2次挂网招标均为单一来源. 因此采取单一来源符合流程。
	专家姓名: 周发星 职称: 主管
	工作单位: 新余市妇幼保健院
专家2论证意见	该项目的车辆需与手术室现有美敦力主机连接. 由于匹配兼容问题, 其他品牌车辆无法与现有主机相连. 故必须用品牌车辆与主机匹配。
	专家姓名: 李章建 职称: 副主任医师
	工作单位: 新钢中心医院

专家3论证意见

鼻咽喉切割手柄需与现有设备主机连接.由于美敦力主机相匹配与兼容问题.为保证设备正常运行及可靠性.安全性.故推荐采购同品牌配件.

专家姓名: 冯科文 职称: 助理工程师

工作单位: 新钢中心医院